

ANEXO I
LISTA DE ITENS
EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS-DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA
Nº 011/2020 – HAP CONV. 887.089/2019

Lote 01			ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
ITEM	QTD	UND			
01	02	UND	<p>CAMA FAWLER INFANTIL, MOTORIZADA OU MECÂNICA.CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS EM TUBO QUADRADO OU REDONDO REVESTIDA DE LAMINADO MELAMÍNICO E ACABAMENTO NAS BORDAS COM CINTA DE AÇO INOX OU POLIURETANO INJETADO. COM PÉS TOTALMENTE RECUADOS TOTALMENTE REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTÊNCIA – ESTRUTURA DO ESTRADO CONTITUIDA EM LONGARINAS DE AÇO PERFILADOS EM U COM APROXIMADAMENTE 3,0MM A 3,5MM. ESTRADO ARTICULADOEM CHAPA DE AÇO INOX DE 1,5MM. MOVIMENTOS PODEM SER ARTICULADOS DE TRÊS MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS CROMADAS COM CABO DE BAQUELITE – MOVIMNETO DE TRENDELEMBURG ATRAVÉS DE CREMALHEIRA OU MOVIMENTOS COMANDADOS POR MOTORES ELÉTRICOS COMCONTROLE REMOTO COM FIO, GRADES LATERAIS DE ABAIXAR EM INOX, TUBOS E CANTOS REDONDOS, PARA-CHOQUE REDONDO NOS 4 CANTOS DA CAMA PARA PROTEÇÃO DA PAREDE – RODÍZIOS DE 75MM DE DIÂMETRO COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL – COM SUPORTE DE SORO E DE BOLSA DE DRENAGEM. COLCHÃO DENSIDADE D28. DIMENSÕES INTERNAS 1,50M x 0,65M. EXTERNAS 1,65M x 0,80M. MOVIMENTOS MÍNIMOS MECANICOS OU ELÉTRCIOS : DORSO NO MÍNIMO 70º, FAWLER, FLEXÃO DE JOELHO, VASCULAR E ELEVÇÃO DO LEITO COM NO MÍNIMO 0,65M A 1,10M. POSSUI TESTE DE CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, PARA PARTES METÁLICAS QUE IRÃO RECEBER TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, QUE ASSEGURE A RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 1300 HORAS, DEVE SER COMPROVADO POR LAUDO DE ENSAIO DE CONFORMIDADE NBR 8094:1983 E INSPECIONADAS CONFORME NBR 5770 E NBR 5841. CAPACIDADE MÍNIMA 80KG. ACOMPANHA SUPORTE DE SORO COM ALTURA REGULÁVEL FABRICADO EM AÇO INOX COM REGISTRO NA ANVISA O ITEM DEVERÁ TER ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESPÍRITO SANTO, COM REGISTRO DA EMPRESA E DO TÉCNICO NO CONSELHO FEDERAL PERTINENTE NO ESPÍRITO SANTO.</p>		
			TOTAL LOTE 01		