

ANEXO I
LISTA DE ITENS
EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS-DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA
Nº 016/2022 – HAP CONV. 929924/2022

LOTE 01		VALOR UNT	VALOR TOTAL
ESPECIFICAÇÃO			
ITEM	QTD	UND	
01	02	UND	
<p>Eletrocardiografo - em estado novo, com garantia de 12 meses, digital de 12 derivações simultâneas para realização de exame de repouso, que seja compatível com o sistema operacional Windows, e que seja compatível com o software Thundera Remoto. Qualidade de sinal Digital, velocidade de traçado 25 mm/s e 50 mm/s, filtros de Eliminação de flutuação de linha de base, interferência de rede elétrica de 60Hz e interferência muscular. Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento, para papel termo-reactivo no formato A4. Alimentação AC 100 a 240V automático e através de bateria interna recarregável, com autonomia aproximada para 100 exames. O equipamento deve ser compacto e de fácil manuseio, com peso aproximado de 3 kg com a bateria. Tela de LCD para visualização da sensibilidade, velocidade, filtros, frequência cardíaca, formas de impressão e derivações. Teclado de membrana alfa numérico para acesso rápido das funções e entrada das informações do paciente como nome, idade, sexo, altura, peso. Circuito de proteção contra desfibrilador. Detecção de eletrodo solto. Software interno de interpretação automática do ECG na língua portuguesa com medida da frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS QT/QTc, eixos P-R-T. Porta RS232 e para comunicação com PC e LAN e possibilitar os registros de ECG via fax. Permitir a visualização dos exames no computador. Deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 cabo de alimentação; 2 cabo paciente de 10 vias; 4 eletrodos de membros tipo clipe; 6 eletrodos precordiais de sucção; 1 tubo de gel para eletrodos; 20 rolo de papel termo-reactivo, 6 eletrodos precordiais em português e de látex, carrinho de transporte com rodízios, freios e gaveta fabricado em polietileno anti-corrosivo, software em português manual de instruções em português. Deve apresentar Registro ANVISA. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA Declaração de Assistência técnica de uma empresa do estado do Espírito Santo com copia do registro no CREA sendo esta responsável pela instalação e prestação de serviços durante o período de garantia para os itens cotados. Oferecer treinamento operacional presencial para os usuários quando solicitado após a instalação dos equipamentos. Após a instalação do equipamento a empresa deve entregar Qualificação de Instalação e Qualificação de operação conforme RDC 15 ANVISA. Garantia de 01 (um) ano.</p>			
TOTAL LOTE 01			

LOTE 02		VALOR UNT	VALOR TOTAL
ESPECIFICAÇÃO			
ITEM	QTD	UND	
02	02	UND	
<p>CPAP - com umificador , com sistema de compensação e com 03 kit de máscara nasal - 01 kit neonatal, 01 kit infantil e 01 Kit adulto (autoclaváveis) – Garantia 12 meses – registro na ANVISA.</p>			
TOTAL LOTE 02			

LOTE 03		VALOR UNT	VALOR TOTAL
ESPECIFICAÇÃO			
ITEM	QTD	UND	

03	01	UND	<p>Imitancímetro – O equipamento deve realizar testes em adultos, criança e recém-nascido. Modo de funcionamento manual e automático. Deve determinar o limiar do aparecimento dos reflexos ipsi e contralaterais, ser multifrequencial. Deve realizar Teste Função Tubária, aproximadamente 200 daPa, Tone Decay (prova de fadiga auditiva) de no mínimo 1.000, 2.000, 3.000 Hz. Deve possuir display em LCD, armazenamento de dados e impressora. Deverá acompanhar o equipamento ideal acessório necessários para o seu funcionamento. ESPECIFICAR: Características mínimas: Imitancímetro automático, ideal para realização de testes de triagem e diagnóstico da função da orelha média. Possibilitar a realização de screening audiométrico através do fone contralateral. Tela ajustável de no mínimo 10 polegadas. A tela pode ser inclinada e ajustada para evitar o reflexo de luz. Com saída HDMI embutida torna possível conectar a um projetor ou TV. Com a possibilidade de criar protocolos de testes definidos pelo usuário, ao combinar diferentes opções existentes da bateria de testes em um fluxo único. Timp 226Hz, Reflexo ipsilateral, Reflexo contralateral, Teste ETF 1 para membrana timpânica não perfurada, Decay do reflexo, Audiometria tonal, Teste de audiometria Hughson Westlake. CARACTERÍSTICAS: Faixa de pressão: -600 a +300 daP, Complacência de 0.1 a 6.0ml + 0.1 a 8.0 ml, Estimulo de teste: 85 dB SPL em 226Hz, 12 reflexos por orelha (6 ipsi + 6 Contra), Reflexo ipsi: 500 a 4000 Hz – 110 dB HL, Reflexo Contra: 500 a 8000Hz – 120 dB HL, Audiometria automática, Faixa de frequência da audiometria: 125 a 8000 Hz, Intensidade máxima de reflexo: 120dB, Compatível com o Software NOAH, possibilidade de fazer audiometria por via aérea (com fones para realização da Via Aérea inclusos), Conexão com PC (USB – software não incluso).</p>	TOTAL LOTE 03	VALOR TOTAL
----	----	-----	---	----------------------	--------------------

LOTE 04			ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
04	04	UND	<p>Cadeira de Rodas para Obeso - Cadeira de Rodas Adulto: material de confecção/apoio para braços/apoio para pés/elevação de pernas: aço ou ferro pintado/escamoteável/removível/com elevação material de confecção/apoio para braços/apoio para pés/elevação de pernas: aço ou ferro pintado/escamoteável/removível/com elevação. Construída em aço carbono. Estrutura dobrável em X. Pintura eletrostática epóxi. Estofamento em nylon • Rodas traseiras de 24", em alumínio com pneus anti-furo • Rodas dianteiras de 6" maciças. Freios bilaterais. Apoios de pés articuláveis e reguláveis em altura. Apoios de braços escamoteáveis • Capacidade para 160 kg • Largura do assento: 60 cm.</p>	TOTAL LOTE 04	

LOTE 05			ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
05	14	UND	<p>Escada 02 degraus toda em aço inoxidável, estrutura em aço inoxidável, pés com ponteiros emborrachadas, degraus com antiderrapante.</p>	TOTAL LOTE 05	

LOTE 06			ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
06	02	UND	<p>Carro maca simples, confeccionado todo em aço inoxidável/alumínio, com grades laterais escamoteáveis, com suporte para soro, colchonete, elevação de dorso rodízios de no mínimo 5", com rodagem em borracha maciça, com freios em diagonal para-choques em borracha, na frente atrás, com dimensões mínimas aproximadas 1.80 x 0.50 x 0.80 m, Capacidade máxima 220Kg. Registro na ANVISA, e garantia de 12 meses.</p>	TOTAL LOTE 06	

LOTE 07			VALOR UNT	VALOR TOTAL
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	
07	10	UND	<p>Mesa de Cabeceira Com Refeição Acoplada Simples - Descrição mínima: Gabinete construído em chapa de aço carbono de 0.80mm de espessura - Tampo da mesa e de refeição em MDF c/ revestimento em laminado decorativo - Possui 01 gaveta e 01 porta com prateleira interna em chapa de aço - Estrutura do tampo de refeição em tubo de aço cromado - Tampo de refeição com regulagem de altura - Puxadores em material plástico - Pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro - Acabamento em pintura epóxi, com tratamento antiferruginoso. Dimensão aproximada: 510 x 400 x 800 mm, Altura máxima: 1230 mm.. Registro na ANVISA, e garantia de 12 meses.</p>	
			TOTAL LOTE 07	
LOTE 08			VALOR UNT	VALOR TOTAL
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	
08	02	UND	<p>Mesa Ginecológica - A mesa ginecológica é construída em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressão), com leito acolchoado em espuma densidade 28, revestido em couro, garantindo conforto á paciente. Conta também com gabinete com 2 portas 3 gavetas, 1 par de porta coxas com regulagem, suporte para lençol descartável e cuba em chapa de aço com pintura epóxi. Mesa desenvolvida para realização de exames ginecológicos - Cor azul céu; - Suporta até 150 kg; - Comprimento aproximado de 1,20 m; - Comprimento aproximado totalmente aberta 1,80 m; - Largura aproximada 60 cm; - Altura aproximada 80 cm. Garantia 12 meses - Registro da ANVISA</p>	
			TOTAL LOTE 08	
LOTE 09			VALOR UNT	VALOR TOTAL
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	
09	01	UND	<p>Carrinho de Transporte Térmico e Refrigerado - Construído em aço inox AISI 304 liga 18-8 escovado, com varanda 2 Compartimentos quente e 1 compartimento frio, 38 bases de apoio ao alimento, 32 na parte quente (16 em cada), 6 na parte fria, Estrutura reforçada, montada sobre 04 rodas de 6", sendo 02 fixas e 02 giratórias, sem freio, facilita em curvas e estacionamento, Puxadores nos dois lados em tubo de aço inox, ideal para manuseio e dirigibilidade, Silencioso; Tensão: 220V, Consumo aproximado: 1300/hora (1,3kw), quente: 770 W/hora e Fria: 440W/hora. Acompanha 38 bandejas lisas - Tamanho grande, Dimensões aproximadas (+/5 cm): 144cm Comprimento, 64cm Largura, 124cm Altura. Peso aproximado 160Kg. Acompanha os opcionais: Lixeira e Freio, Garantia 12 meses - Registro da ANVISA, se necessário for.</p>	
			TOTAL LOTE 09	