

ANEXO I
LISTA DE ITENS
EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS-DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA
Nº 003/2023– HAP CONV. 929924/2022

LOTE 01					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	02	UND	ELETROCARDIOGRAFO –CANAIS/OPERAÇÃO/COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR/ COMPUTADOR/ CONECTIVIDADE WI-FI/IMPRESSÃO DIRETA NO CONSOLE: 12 CANAIS/ DIRETO NO CONSOLE/POSSUI/ NÃO POSSUI COMPUTADOR / SEM CONECTIVIDADE WI-FI/ 12 CANAIS, SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI, ACESSÓRIO(S): 1 CABO DE ECG. APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO A EMPRESA DEVE ENTREGAR QUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO CONFORME RDC 15 ANVISA. GARANTIA DE 01 (UM) ANO.		
TOTAL LOTE 01					

LOTE 02					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
02	02	UND	CPAP - COM UMIDIFICADOR, COM SISTEMA DE COMPENSAÇÃO E COM 03 KIT DE MÁSCARA NASAL - 01 KIT NEONATAL, 01 KIT INFANTIL E 01 KIT ADULTO (AUTOCLAVÁVEIS) – GARANTIA 12 MESES – REGISTRO NA ANVISA.		
TOTAL LOTE 02					

LOTE 03					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
03	01	UND	IMITANCIOMETRO – O EQUIPAMENTO DEVE REALIZAR TESTES EM ADULTO, CRIANÇA E RECÉM- NASCIDO. MODO DE FUNCIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO. DEVE DETERMINAR O LIMIAR DO APARECIMENTO DOS REFLEXOS IPSI E CONTRALATERAIS, SER MULTIFREQUENCIAL. DEVE REALIZAR TESTE FUNÇÃO TUBÁRIA, APROXIMADAMENTE 200 DAPA, TONE DECAY (PROVA DE FADIGA AUDITIVA) DE NO MÍNIMO 1.000, 2.000, 3.000 HZ. DEVE POSSUIR DISPLAY EM LCD, ARMAZENAMENTO DE DADOS E IMPRESSORA. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O SEU FUNCIONAMENTO. ESPECIFICAR: CARACTEÍSTICAS MÍNIMAS: IMITANCIOMETRO AUTOMÁTICO, IDEAL PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE TRIAGEM E DIAGNÓSTICO DA FUNÇÃO DA ORELHA MÉDIA. POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE SCREENING AUDIOMÉTRICO ATRAVÉS DO FONE CONTRALATERAL. TELA AJUSTÁVEL DE NO MÍNIMO 10 POLEGADAS. A TELA PODE SER		

			INCLINADA E AJUSTADA PARA EVITAR O REFLEXO DE LUZ. COM SAÍDA HDMI EMBUTIDA TORNA POSSÍVEL CONECTAR A UM PROJETOR OU TV. COM A POSSIBILIDADE DE CRIAR PROTOCOLOS DE TESTES DEFINIDOS PELO USUÁRIO, AO COMBINAR DIFERENTES OPÇÕES EXISTENTES DA BATERIA DE TESTES EM UM FLUXO ÚNICO. TIMP 226HZ, REFLEXO IPSILATERAL, REFLEXO CONTRALATERAL, TESTE ETF 1 PARA MEMBRANA TIMPÂNICA NÃO PERFURADA, DECAY DO REFLEXO, AUDIOMETRIA TONAL, TESTE DE AUDIOMETRIA HUGHSON WESTLAKE. CARACTERÍSTICAS: FAIXA DE PRESSÃO: -600 A =300 DAP, COMPLACÊNCIA DE 0.1 A 6.0ML + 0.1 A 8.0 ML, ESTÍMULO DE TESTE: 85 DB SPL EM 226HZ, 12 REFLEXOS POR ORELHA (6 IPSI + 6 CONTRA), REFLEXO IPSI: 500 A 4000 HZ – 110 DB HL, REFLEXO CONTRA: 500 A 8000HZ – 120 DB HL, AUDIOMETRIA AUTOMÁTICA, FAIXA DE FREQUÊNCIA DA AUDIOMETRIA: 125 A 8000 HZ, INTENSIDADE MÁXIMA DE REFLEXO: 120DB, COMPATÍVEL COM O SOFTWARE NOAH, POSSIBILIDADE DE FAZER AUDIOMETRIA POR VIA AÉREA (COM FONES PARA REALIZAÇÃO DA VIA AÉREA INCLUSOS), CONEXÃO COM PC (USB – SOFTWARE NÃO INCLUSO).		
TOTAL LOTE 03					

LOTE 04					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
04	01	UND	CARRO TÉRMICO: MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL TIPO/FUNÇÃO/CAPACIDADE: MANUAL / AQUECE E REFRIGERA / MÍNIMO 30 BANDEJAS INCLUSAS MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO/FUNÇÃO/CAPACIDADE: MANUAL / AQUECE E REFRIGERA / MÍNIMO 30 BANDEJAS INCLUSAS.		
TOTAL LOTE 04					

LOTE 05					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
05	02	UND	CARRO DE EMERGÊNCIA: RÉGUA DE TOMADAS: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M, TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI, SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI, SUPORTE PARA DESFIBRILADOR: POSSUI, GAVETAS: NO MÍNIMO 3, SUPORTE DE SORO: POSSUI, RÉGUA DE GASES: NÃO POSSUI		
TOTAL LOTE 05					